



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WARMIA MAZURY
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dotyczy: postępowanie nr ZDT.2416.10.2019

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie dostawy chłodziarki farmaceutycznej informuję, że:

1. Zakresem dostawy są chłodziarki z rejestracją temperatury w ilości 2 sztuk;
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dopuszczenia dostawy chłodziarek:
 - wyposażonych w półki druciane wykonane ze stali powlekanej tworzywem sztucznym?
 - bez określenia klasy energetycznej;
 - dostosowanych do montażu pod blatem, jak i wolno stojących (max wysokość chłodziarki 850 mm);
 - dostosowanych do montażu pod blatem szerokości 600 mm chłodziarek głębszych (max 642 mm) pod warunkiem bezkolizyjnego użytkowania z chłodziarką i z blatu;
 - bez zdolności utrzymania wymaganej temperatury w przypadku braku zasilania min. 15 godzin?
 - dostarczane chłodziarki winny zapewniać zachowanie właściwego ciągu chłodniczego oraz posiadać rejestrator temperatury do powiadamiania za pomocą sms;

Z poważaniem

Jolanta Grabińska
Z-ca dyrektora ds.technicznych